

实验室安全检查情况通报

(9月8日上午检查情况)

各位老师：

今天上午，按照学院要求，实验中心对明德楼各研究室、实验室进行了安全、卫生检查，大多数实验室总体状况较好，但仍然有部分实验室安全工作做得不到位，部分实验室存在脏乱差现象。部分典型问题如下：



1、药品柜不上锁现象




2、气瓶使用问题：存在气瓶不固定、部分气瓶标识不清、使用学生不清楚气体来源，不清楚实验室其他气瓶装的什么其他、个别气瓶无防震圈，部分气瓶已经购置气体超过1年后还在继续使用，部分气体高低压管线连接使用管线不当等等问题



3、试剂架上、实验台上药品试剂随意摆放、甚至部分管制药品存在。





4、使用饮料瓶做试剂品、无明显标识等



5、实验室垃圾较多、杂物乱堆放、废弃试剂瓶未整理等情况严重

(U) 打开(O)





6、实验室楼道电瓶车、自行车占据应急疏散通道



以上种种情况，请各位了老师重视……